別紙

空 間 放 射 線 量 測 定 結 果 (速報)

【スガハラ幼稚園】

件 名	空間放射線量測定

スガハラ幼稚園 様

測定地点名	測定値(μSv/h)			地面の状態	測定日 天候
	1.0m	0.5m	0.05m		
①運動場 N:35° 39′ 41.11″ E:140° 03′ 52.14″	0.118	0.121	0.153	土	平成23年07月08日 天候:曇
②園庭 N:35° 39′ 39.75″ E:140° 03′ 52.80″	0.148	0.165	0.186	土	平成23年07月08日 天候:曇
	以	下	余	白	

測定条件	
	1. 測定機器
	①型式 NaI(Tl)ポータブルスペクトルサーベイメータ SAM940−3−G(BNC社製)
	②測定範囲 0.01μSv/h〜100μSv/h
	③分解能 7%:NaI
	2. 測定方法
	①場所 指定場所
	②測定高さ 0.05m、0.5m、1m
	③時定数 30秒
	④測定値 30秒ごと5回の測定結果の平均値